

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1345 /VKNTTW-VTTTB
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị phân tích.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị báo giá hạng mục trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội) trước **10 giờ 00**, ngày **08/10/2025** hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

Nguyễn Đăng Lâm

PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

(Kèm theo công văn số 1345 /VKNTTW-VTTTB, ngày 01/10/2025)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Máy chuẩn độ đo thể và Karl fiher T7 Mettler toledo	Mettler toledo	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của Máy chuẩn độ đo thể và Karl fiher T7 Mettler toledo (mã thiết bị: VKN/HLII/12.02) Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật số ngày 03/9/2025 của Công ty TNHH Một thành viên Mettle toledo Việt Nam (đơn vị được ủy quyền của hãng Mettle toledo).	Khoa Kiểm nghiệm các dạng bào chế - Cơ sở 1 Viện Kiểm ng nghiệm thuốc Trung ương (Số 48 Hai Bà Trưng, phường Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội)	Bảo hành tối thiểu 03 tháng sau thay thế linh kiện.

1345.....¹

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi ⁴, địa chỉ⁵:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹
(Ký tên, đóng dấu)

- ¹ Tên đơn vị báo giá
- ² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
- ⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
- ⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
- ⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
- ⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02 tháng hoặc 60 ngày
- ⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
- ¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu.
Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

METTLER – TOLEDO VIETNAM LLC

G Floor, SCS Building, Lot T2-4, D1 Street, Saigon Hi-tech Park, Tan Phu Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Tel +84 2873090789

METTLER TOLEDO

Date / ngày : 19/08/2025

TECHNICAL REPORT PHIẾU BÁO CÁO KỸ THUẬT

☐ Warranty / Bảo hành

☒ Repair / Sửa chữa

☐ Calibration / Hiệu chuẩn

1. Customer information / Thông tin khách hàng

Company / Công ty	VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG
Address / Địa chỉ	48 Đường Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Contact / Người liên hệ	Nguyễn Việt Đức
Mobile / Di động	0915093473
Email	nguyenvietduchup@gmail.com

2. Device / Thiết bị

Model / Tên thiết bị	Máy chuẩn độ T7
Q'ty / Số lượng	01
Installation date / Lắp đặt	2021
Serial No / Số Seri	C105063401
Accessories / Phụ kiện	N/A

3. Issue Descriptions / Mô tả trình trạng

Issue date / Ngày xảy ra	12/08/2025
Report to MT / Ngày báo	03/09/2025
Changes before issue / Thay đổi trước khi sự cố	Không có thay đổi
Descriptions / Mô tả sự cố	Chức năng hút xả bơm không hoạt động, máy ổn định lâu
Request / Yêu cầu	Kiểm tra toàn bộ thiết bị

Note: Please check and bring this form upon on-site service **Ghi chú:** Vui lòng kiểm tra và mang phiếu này khi làm dịch vụ

METTLER TOLEDO Service

METTLER – TOLEDO VIETNAM LLC

G Floor, SCS Building, Lot T2-4, D1 Street, Saigon Hi-tech Park, Tan Phu Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Tel +84 2873090789

METTLER TOLEDO**4. Troubleshooting****4.1. Kiểm tra thiết bị**

- Hệ thống bơm dung môi bị hỏng, động cơ bơm không hoạt động do hóa chất ăn mòn và bị kẹt hạt hút ẩm vào trong đường ống động cơ.

4.2. Kiến nghị:

- Thiết bị cần thay thế bơm
- Khuyến cáo bảo trì máy định kì để thiết bị hoạt động ổn định.

Mettler – Toledo's Representative
Đại diện Mettler – Toledo
Signature / Ký tên



Name / Họ và tên: Phạm Huy Hoàng

Date / Ngày: 03/09/2025


Customer's Representative
Đại diện khách hàng
Signature / Ký tên



Name / Họ và tên: Le Phai Vao

Date / Ngày: 3/9/2025

Note: Please check and bring this form upon on-site service **Ghi chú:** Vui lòng kiểm tra và mang phiếu này khi làm dịch vụ



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

DỰ TRÙ SỬA CHỮA

Khoa/phòng/ban/trung tâm: Khoa kiểm nghiệm các dạng Bào chế

Số 97/HLII/2025

Kính gửi:- Ban giám đốc

- Phòng Vật tư trang thiết bị

Tên thiết bị: Máy chuẩn độ đo thể và Karl Fisher T7 Mettler Toledo

Mã thiết bị: VKN/HLII/12.02

Tình trạng: Phần thiết bị dùng cho xác định hàm lượng nước bằng Karl Fisher hiện đang không hút (fill) được dung môi vào cốc và không xả (drain) được dung môi ra khỏi cốc, khả năng do van đóng mở trên bơm bị hỏng.

Đề nghị: Sửa chữa hoặc thay thế

Thời gian: Sớm nhất có thể.

Ngày 22 tháng 8 năm 2025

PHÒNG NHẬN DỰ TRÙ BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM

Phạm Văn Kiên

Nguyễn Văn Hà

Lục Thu Ván

HLII: Tên viết tắt của khoa/phòng/ban/trung tâm.