

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~527~~ VKNTTW-VTTTB
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị có thể báo giá một hoặc nhiều hạng mục trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước **17 giờ 00**, ngày **09/5/2025** hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN
KIỂM NGHIỆM
THUỐC
TRUNG ƯƠNG
Nguyễn Đăng Lâm

PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

(Kèm theo công văn số **S2Đ** /VKNTTW-VTTTB, ngày 29/4/2025)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Máy đo TOC	Mettler toledo	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của máy đo TOC Mettler toledo 5000 (mã thiết bị: VKN/MP/72-01. Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật số ngày 25/4/2025 của Công ty TNHH Một thành viên Mettler toledo Việt Nam (đơn vị được ủy quyền của hãng Mettler toledo).	Khoa Kiểm nghiệm Mỹ phẩm - Cơ sở 1 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Số 48 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội)	Bảo hành tới thiếu 03 tháng sau sửa chữa.

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo công văn số 54/VKNTTW-VTTTB ngày 29/4/2025)

.....¹
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi ⁴....., địa chỉ⁵:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/ hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹
(Ký tên, đóng dấu)

¹ Tên đơn vị báo giá

² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá

⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá

⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá

⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.

⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02 tháng hoặc 60 ngày

⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá

¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu.

Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ BÁO HỎNG

Số 60/MP/2025

1. Ngày kiểm tra: 29/4/25
2. Tên thiết bị: Máy đo TCC Mettler Toledo 5000
3. Mã thiết bị: VKN/MP/72-01
4. Khoa/phòng/ban/trung tâm chủ quản: Kiểm nghiệm Mỹ phẩm
5. Ngày dự trù sửa chữa: 22/4/25
6. Tình trạng thiết bị:
 - Máy TCC báo lỗi: Máy hiển thị giá trị đo đầu tiên & giữ tại TCC.

7. Kết quả kiểm tra:
 - Cảm biến đo đầu tiên bên trong máy TCC báo lỗi.

8. Sửa chữa:
 - Kiểm tra lưu lượng nước qua máy TCC & kiểm tra cảm biến đo đầu tiên trong máy và hiệu chỉnh TCC. Điều chỉnh lại tín hiệu cảm biến đo đầu tiên và TCC.

9. Đề nghị:
 - Khuyến cáo KH mua cảm biến đo đầu tiên để tín hiệu chạy chính.

Khoa/phòng/ban/trung tâm

Người kiểm tra


Đỗ Thị Trang


Vũ Văn Phong

Duyệt của Lãnh đạo Viện


Nguyễn Văn Hà