

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65 /VKNTTW-VTTTB
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị phân tích.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị báo giá hạng mục trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội) trước **10 giờ 00**, ngày **21/01/2026** hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hà

PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

(Kèm theo công văn số /VKNTTW-VTTTB, ngày 05/9/2025)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao	HPLC Shimadzu HPLC LC2030C 3D	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của máy HPLC LC2030C 3D (mã thiết bị: VKN/HLII/06.13) Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật của Công ty CP TB-VT KHKT & DL Trung Sơn T.S.S.E (đơn vị được ủy quyền của hãng Shimadzu, thực hiện bảo trì thiết bị).	Khoa Kiểm nghiệm các dạng bào chế - Cơ sở 1 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Số 48 Hai Bà Trưng, phường Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội)	Bảo hành tối thiểu 03 tháng sau thay thế linh kiện.

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo công văn số¹ /VKNTTW-VTTTB ngày 15/01/2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi ⁴....., địa chỉ⁵:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹
(Ký tên, đóng dấu)

- ¹ Tên đơn vị báo giá
- ² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
- ⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
- ⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
- ⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
- ⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02 tháng hoặc 60 ngày
- ⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
- ¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu.
Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.



**NATIONAL INSTITUTE OF DRUG
QUALITY CONTROL**

**DỰ TRỪ SỬA CHỮA
REPAIRING REQUEST**

Khoa/phòng/ban/trung tâm: Khoa KNCDBC
Laboratory/Department/Unit/Center

Số 159 /HLII/2025
Number /HLII/2025

Kính gửi/Dear: Ban giám đốc

Phòng Vật tư – trang thiết bị

Tên thiết bị/Equipment name: Máy HPLC Shimadzu LC-2030C 3D

Mã thiết bị/Equipment code: VKN/HLII/06.13

Tình trạng/Situation: Autosampler bị rò rỉ, lỗi slip X

Đề nghị/Propose: Sửa chữa

Thời gian/Time performing: Sớm

**PHÒNG NHẬN
DỰ TRỪ
RECEIVING REQUEST
DEPARTMENT**

Nguyễn Văn B.Đ.

**BAN GIÁM ĐỐC
DUYỆT
DIRECTOR
APPROVEMENT**

Nguyễn Văn Hà

Ngày 18 tháng 12 năm 2025
Date
**KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM
LABORATORY/DEPARTMENT/UNIT/CENTER**

Luc Thu V.ô



**NATIONAL INSTITUTE OF DRUG
QUALITY CONTROL**

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT
REQUEST FOR SUPPLY OF MATERIALS, EQUIPMENT, CHEMICALS

No.: ~~157~~/HLII/2025

Khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù (Requesting laboratory/department/center): Khoa kiểm nghiệm Các dạng bào chế

Lý do dự trù (Reason for request): Sampler loop 100 μ l của máy HPLC Shimadzu LC-2030C 3D bị hỏng

STT No.	Tên hàng Name of item	Quy cách kỹ thuật Technical specification	Số lượng Quantity	Thời gian cung cấp Delivery time
1	Sample loop 100 μ l	PN: 228-56074-42	01	Sớm

Phê duyệt của Lãnh đạo Viện
Approval of Institute's Leader


Nguyễn Văn Hà

Ngày/Date: ~~29~~/12/20~~25~~

Phụ trách khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù
Head of laboratory/department/center
(Ký và ghi rõ họ, tên/Signature, full name)


Lê Thị Vân

BIÊN BẢN KIỂM TRA, SỬA CHỮA THIẾT BỊ

Khách hàng: Khoa KNCĐ Bảo Chê - VKN Thuộc TW

Địa chỉ:

Nhà sản xuất: Shimadzu

Thiết bị:

Kiểu thiết bị:

Số Serial: LC-2030C 3D

VKN/HLII/06.13

Ngày kiểm tra: 23/12/2025

Ngày kiểm tra lần tới (dự định):

Người thực hiện: Bui Văn Thanh

L214555 02328

Điều kiện nơi lắp đặt thiết bị:

Tốt:

Chưa đạt (ghi rõ chi tiết):

Rất tốt:

Điện áp tiếp đất (giữa dây trung tính và dây đất) $V_{N-G} = V_{ac}$. (Yêu cầu $V_{N-G} \leq 5V_{ac}$).

Tình trạng thiết bị trước khi kiểm tra:

- Autosampler bị nổ rỉ, lỗi Slip X.

Thực hiện kiểm tra, sửa chữa:

- Lắp lại Z-cover
- Sample Loop 100uL bị hỏng, thay tạm Sample loop 50uL

Kết quả, đề nghị:

- Tạm thời dùng Sample loop 50uL (cài tốc độ hút mẫu 5 uL/s)
- Dự trù thay Sample loop 100 uL mới 228-56074-42

Phụ kiện thay thế: (nếu có)

STT	Mã số phụ kiện (Part No.)	Mô tả phụ kiện (Description)	Số lượng. (Quantity)
		Sample Loop 50uL	

Biên bản được làm 02 bản.

Tại: .

Chúng tôi xác nhận những điều ghi nhận trong biên bản là hoàn toàn đúng.

Đánh giá của khách hàng: (Xin vui lòng đánh giá về kỹ sư thực hiện công việc này - 4: Rất tốt, 3: Tốt, 2: Đạt yêu cầu, 1: Không đạt yêu cầu. Xin cảm ơn)

Điểm

Thời gian bắt đầu 10 h 00 23/12/2025	Đại diện khách hàng  Nguyễn Văn Linh	Đại diện bên sửa chữa  Bui Văn Thanh
Thời gian kết thúc 13 h 00 23/12/2025		