



BỘ Y TẾ  
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

48 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam  
ĐT: +84.24.38252791 - Fax: +84.24.38256911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH  
*Certificate of Analysis*

CHUẨN ĐỐI CHIỀU THỨ CẤP  
*Secondary Reference Substance*

ACYCLOVIR



SKS: C0219137.02

I. **Mục đích sử dụng:** Chuẩn đối chiếu thứ cấp Acyclovir SKS: C0219137.02 được sử dụng cho các phép thử định tính và định lượng bằng phương pháp phân tích hóa lý.

**Intended use:** The Secondary Reference Substance Acyclovir control No. C0219137.02 is intended to be used in physicochemical analysis for assay and identifications.

II. **Mô tả:** Bột kết tinh màu trắng.

**Description:** A white, crystalline powder.

III. **Kết quả phân tích:** Đối chiếu với chuẩn Acyclovir USPRSLô: K0L516 có hàm lượng 0,946 mg/mg  $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}_5\text{O}_3$ , tính theo nguyên trạng.

**Analytical data:** The Acyclovir USPRSLô. K0L516 was used as Standards and regarded as 0.946 mg/mg  $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}_5\text{O}_3$ , calculated on the as is basis.

1. Định tính (*Identifications*)

a. Phổ hồng ngoại

IR

: Phù hợp với phổ hồng ngoại của Acyclovir chuẩn.  
*Concordant with the infrared absorption spectrum of Acyclovir RS.*

b. HPLC

: Trong phép thử định lượng, thời gian lưu của pic chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử tương ứng với thời gian lưu của pic chính trên sắc ký đồ của dung dịch chuẩn.

*The retention time of the major peak in the chromatogram of the Assay preparation corresponds to that in the chromatogram of the Standard preparation, as obtained in the Assay.*

2. Nước (KF)

Water

: 5,67 %

3. Tạp chất liên quan (TLC)

*Related substances*

: Đạt

*Passed*

4. Giới hạn Guanin (HPLC) : 0,31 %  
*Limit for guanine*
5. Định lượng (HPLC) : 94,72 % C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>N<sub>5</sub>O<sub>3</sub>, tính theo nguyên trạng.  
*Assay* Độ không đảm bảo đo mở rộng U = ± 0,10 %, hệ số phủ k = 2 ở độ tin cậy 95 %.  
*94.72 % C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>N<sub>5</sub>O<sub>3</sub>, calculated on the "as is" basis.*  
*Expanded uncertainty of the certified value U = ± 0.10 %, using a coverage factor k = 2 at level of confidence approximately 95 %.*

**IV. Hướng dẫn sử dụng:** Không sấy trước khi dùng  
*Direction for use: Do not dry before use*

**V. Bảo quản:** Nhiệt độ 2 – 8 °C, tránh ánh sáng.  
*Storage: Keep container protected from light, preferably at the temperature from 2 – 8 °C.*

Updated date  
24<sup>th</sup> May 2022

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

VIỆN TRƯỞNG

Y Director



Đoàn Cao Sơn

Kiểm tra định kỳ (Re-test year)		
Đã kiểm tra (năm) Last re-test	Kiểm tra lần sau (năm) Next re-test	Phụ trách khoa (ký) Signature
2022	2025	QLV

Các thông tin về chất chuẩn có thể tra cứu theo địa chỉ: <http://www.nidqc.org.vn>  
Visit the flowing link to see the updated information of reference substances:  
<http://www.nidqc.org.vn>