

BỘ Y TẾ  
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC  
TRUNG ƯƠNG

Số: 137 /TB-VKNTTW  
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa  
thiết bị phân tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư, linh kiện cho thiết bị phân tích

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu dịch vụ sửa chữa cho thiết bị phân tích ( máy HPLC 1290 Infinity II) cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Quy cách kỹ thuật	Số lượng
1.	Sencell 2mm Au sb	PN: 116.4121	1 cái

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá chất chuẩn, hóa chất, vật tư và linh kiện thay thế, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị cung cấp báo giá hàng trong danh mục trên;
- Giá chào hàng thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá chào hàng là giá bao gồm tất cả chi phí nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí vận chuyển và bàn giao tại Khoa dự trừ và Kho hóa chất của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (48 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội) và các chi phí liên quan khác (nếu có);
- Báo giá phải ghi rõ thông số về mã hàng, hãng sản xuất, xuất xứ, số lượng và quy cách kỹ thuật cung cấp của hàng hóa chào giá;
- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Thời gian bảo hành của linh kiện sau thay thế nếu có;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư Trang thiết bị - Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội) trước ngày **04/02/2026**.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư Trang thiết bị - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổ CNTT (dăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG  
VIỆN  
KIỂM NGHIỆM  
THUỐC  
TRUNG ƯƠNG  
★  
Nguyễn Văn Hà



**NATIONAL INSTITUTE OF DRUG  
QUALITY CONTROL**

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT**  
REQUEST FOR SUPPLY OF MATERIALS, EQUIPMENT, CHEMICALS

No.: 11/HLII/2026

**Khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù** (Requesting laboratory/department/center): Khoa Kiểm nghiệm Các dạng bào chế

**Lý do dự trù** (Reason for request): Giảm độ nhạy đầu dò ECD máy HPLC 1290 Infinity II, khi kiểm tra sencell, miếng Au trong sencell bị mòn, lõm nên không tiếp xúc được với mẫu


STT No.	Tên hàng Name of item	Quy cách kỹ thuật Technical specification	Số lượng Quantity	Thời gian cung cấp Delivery time
1	Sencell 2 mm Au sb	PN: 116.4121	01 cái	Sớm

**Phê duyệt của Lãnh đạo Viện**  
Approval of Institute's Leader

  
Nguyễn Văn Hà

Ngày/Date: 26/12/2025

**Phụ trách khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù**  
Head of laboratory/department/center  
(Ký và ghi rõ họ, tên/Signature, full name)

  
Lưu Thị Vân



Red Star Vietnam Co., Ltd – CMS Branch  
 Hotline: 0986 712 712  
 Email: fse@redstar-cms.vn/ info@redstar-cms.vn  
 Service Request Number:



Agilent Technologies  
 Authorized Distributor

**REDSTAR**  
 Advance the Future

0007565

## BIÊN BẢN DỊCH VỤ CUSTOMER SERVICE REPORT

Tên công ty Company: Viện KN770 - Khoa Bảo Vệ		Người liên hệ: C. Văn		Điện thoại:	
Địa chỉ: Hòa Bồ Trưng, Hồ Nội		Contact Name:		Telephone:	
Mã hàng: Product No: C7102A		<input type="checkbox"/> Lắp đặt Installation		<input type="checkbox"/> Bảo hành Warranty	
Số máy: Serial No: DEBA x 0348		<input type="checkbox"/> Bảo trì Maintenance		<input type="checkbox"/> Đào tạo Training	
Mô tả hàng hoá: Product Description: 1.290 laptop T		<input checked="" type="checkbox"/> Sửa chữa Repair		<input type="checkbox"/> Dịch vụ khác Other	
Ngày bắt đầu: Service Start Date: 23.09.25		Thời gian: Time: 08.00		Tổng quát: Summary:	
Ngày kết thúc: Service End Date: 23.09.25		Thời gian: Time: 11.00		Ngày / Days Giờ / Hours	
Thời gian di chuyển tới khách hàng và khoảng cách: Travel time & Distance: 0.5 km 0.5 hour					

Mô tả tình trạng:  
 Problem Description: Cắm ổ cứng vào máy để PCP

Dịch vụ đã hoàn thành & Diễn giải chi tiết dịch vụ:  
 Services Done & Explain Service Steps to Customer:  
 - Kiểm tra ổ cứng để PCP, kiểm tra Ser cell, máy đang sử dụng Ser cell  
 - Lắp ổ cứng mới, kiểm tra máy, lắp vào máy  
 - Kiểm tra máy, thay thế Ser cell 2 năm, máy  
 - Kiểm tra máy, đang dùng ổ cứng Ser cell 10ml diamond sli ray, máy (250 1030)  
 30ml 100 solution + 1kg 01 150 1004

Ghi chú/Remark:

STT Items	Mã hàng hoá Part No.	Mô tả hàng hoá Description	SL Qty	STT Items	Mã hàng hoá Part No.	Mô tả hàng hoá Description	SL Qty
1.				6.			
2.				7.			
3.				8.			
4.				9.			
5.				10.			

Vũ Minh Quang _____ Họ & Tên Kỹ Sư Customer Service Engineer Name	_____ Chữ ký của kỹ sư thực hiện Customer Service Engineer Signature	23-09-25 _____ Ngày yêu cầu Request Date
Lưu Thị Vân _____ Họ & Tên Khách Hàng Customer Name & Company Stamp	_____ Chữ ký của khách hàng Customer Signature	23-09-25 _____ Ngày ký Sign Date



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

**DỰ TRÙ SỬA CHỮA**

Khoa/phòng/ban/trung tâm: Khoa KNCDBC

Số: 07/HLII/2025

**Kính gửi:** - Ban Giám đốc

- Phòng vật tư trang thiết bị

Tên thiết bị: Máy HPLC DAD kết hợp ECD

Mã thiết bị: VKN/HLII/06.16

Tình trạng: Miếng Au trong sencell của đầu dò ECD bị mòn, lõm, tín hiệu thu được khi phân tích mẫu rất thấp, không đạt độ nhạy

Đề nghị: *Sửa chữa*


Thời gian: Gấp

Ngày 20 tháng 9 năm 2025

**PHÒNG NHẬN  
DỰ TRÙ**

**BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT**

**KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM**

  
Nguyễn Văn Bình

  
Nguyễn Văn Hà

  
Lục Phi Ván